ライフパックシリーズ 自動対外式除細動器（AED）
点検担当者用メンテナンスシート

※本書は、毎日あるいは装置使用後の点検にご利用いただけるチェックリスト例です。（複製可）

製造番号（シリアルNo.）

設置場所

点検担当者名

点検年月　　年　　月

以下３つの点検箇所を確認し、問題がなければ右側の日付枠に✔（チェック）マークを記入してください。

	点検箇所	推奨する対処方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	**インディケータが「OK」表示であることを確認します。**	**「OK」表示である場合、引き続きご使用ください。それ以外の表示である場合、点検が必要です。販売店までお問合せください。**																
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2	**本体に装着されている電極パッドの使用期限を確認します。** ※予備の電極、小児用電極をお持ちの場合、合わせて確認してください。	**使用期限内であれば、引き続きご使用ください。** ※インディケータ表示が正常であっても、電極パッドの使用期限が切れている場合は、交換が必要です。販売店までお問合せください。	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	**損傷または亀裂、異物付着の有無を確認します。**	**損傷またはヒビなどがある場合、故障の原因となる場合があります。販売店までお問合せください。** ※異物の付着がある場合、固く絞ったスポンジや布で拭き取ってください。	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

【注意】バッテリの寿命は、使用頻度・保管環境（温度）・自動セルフテストの状況により異なります。インディケータ確認・メンテナンス方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。

■お使いのAEDをご確認ください。

□ ライフパックCRプラス

□ ライフパック1000

販売名：ライフパックＣＲ　Ｐｌｕｓ　医療機器承認番号：21700BZY00251000　高度管理医療機器・特定保守管理医療機器
販売名：ライフパック１０００　医療機器承認番号：21900BZX00792000　高度管理医療機器・特定保守管理医療機器
販売名：クイックパック電極　医療機器届出番号：13B1X10209000894
販売名：エッジ電極　医療機器届出番号：13B1X10209000896
販売名：未就学児用エネルギー減衰型除細動電極　医療機器届出番号：13B1X10209000895

インディケータ表示例

	使用可能	使用不可
CRプラス	OKインディケータ	レンチインディケータ
LP1000	OKインディケータ	レンチインディケータ

CRプラス/1000 インディケータ種類

- バッテリマーク
- レンチマーク
- 注意マーク

日本ストライカー株式会社メディカル事業本部　LPCR-060-A