ライフパックCR2 自動対外式除細動器（AED）
点検担当者用メンテナンスシート

※本書は、毎日あるいは装置使用後の点検にご利用いただけるチェックリスト例です。（複製可）

製造番号（シリアルNo.）

設置場所

点検担当者名

点検年月　　年　　月

以下4つの点検箇所を確認し、問題がなければ右側の日付枠に✓（チェック）マークを記入してください。

	点検箇所	推奨する対処方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	**準備完了インジケータが「緑色に点滅」していることを確認します。**	「緑に点滅」している場合、引き続きご使用ください。消えている場合、点検が必要です。販売店までお問い合わせください。																
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2	**本体に装着されている電極パッド及びバッテリの使用期限を確認します。** ※予備の電極をお持ちの場合、合わせて確認してください。	使用期限内であれば、引き続きご使用ください。 ※準備完了インジケータ表示が正常であっても、電極パッドの使用期限が切れている場合は、交換が必要です。販売店までお問い合わせください。	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	**蓋や蓋に付いているマグネットがなくなっていないか、 また、製品の損傷、亀裂、及び異物付着の有無を確認します。**	蓋やマグネットがなくなっている場合、バッテリーの早期消耗等により装置が作動しなくなる場合があります。また、損傷またはヒビなどがある場合、故障の原因となる場合があります。販売店までお問い合わせください。 ※異物の付着がある場合、固く絞ったスポンジや布で拭き取ってください。	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4	**（CR2オートショックのみ）** **オートショックAEDロゴマークのシールが本体およびカバーの規定位置に貼られていること、および視認性が低下していないか確認します。**	オートショックAEDロゴマークのシールはセミオートAEDとオートショックAEDを見分けるためのシールとなります。 オートショックAEDロゴマークのシールがはがれていると使用時に混同する危険性がありますので、発見した際には販売店にお問い合わせください。	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

【注意】バッテリの寿命は、使用頻度・保管環境（温度）・自動セルフテストの状況により異なります。インジケータ確認・メンテナンス方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。

オートショックAEDロゴマーク貼付位置
※CR2オートショックのみ

準備完了インジケータ
マグネット貼り付け位置

＜準備完了インジケータの確認＞

使用可能

準備完了インジケータ

使用不可

ランプが消えている場合、点検が必要です。

＜使用期限の確認＞

電極パッド右上および、バッテリ裏面（写真赤枠部分）をご確認ください。砂時計マーク右側が使用期限となります。

販売名：ライフパックＣＲ２　オートショック　承認番号：30300BZX00353000　高度管理医療機器・特定保守管理医療機器
販売名：ライフパックＣＲ２　承認番号：22900BZI00039000　高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

日本ストライカー株式会社メディカル事業本部　　LPCR-054-A